



中华人民共和国

# 计量器具型式批准证书

## PATTERN APPROVAL CERTIFICATE

根据中华人民共和国计量法第十三、十六条和中华人民共和国计量法实施细则的有关规定，

以及 溶氧仪定型鉴定大纲 (检定规程、技术标准和鉴定大纲的名称) 的要求，

对 美国 Fisher-Rosemount Inc (制造厂的国别和名称)

申请型式批准的

溶氧仪  
54,81 系列

(计量器具的名称、类别和型号)

经定型审查合格，确认其技术指标为：

- 1. 型号: 54, 81 系列
- 2. 测量范围: 0 - 20mg/l
- 3. 准确度:  $\pm 1\%FS$

准予批准，并可使用以下标志和批准的编号：

批准时的附件：



97-C215

批准人签名：

*王以路*

批准日期

一九九七年

批准部门盖章

- 1. 定型鉴定结果通知书；
- 2. 定型鉴定大纲；
- 3. 型式注册证书 (各一份)

