



中华人民共和国

# 计量器具型式批准证书 PATTERN APPROVAL CERTIFICATE

根据中华人民共和国计量法第十三、十六条和中华人民共和国计量法实施细则的有关规定，

PH 计定型鉴定大纲  
以及 \_\_\_\_\_ (检定规程、技术标准和鉴定大纲的名称) 的要求，

对 美国 Fisher-Rosemount Inc \_\_\_\_\_ (制造厂的名称和名称)

申请型式批准的

PH 计  
54,81 系列 \_\_\_\_\_ (计量器具的名称、类别和型号)

经定型审查合格，确认其技术指标为：

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. 型号:   | 54, 81 系列 |
| 2. 测量范围: | 0 - 14pH  |
| 3. 准确度:  | ±0.01pH   |

准予批准，并可使用以下标志和批准的编号：

批准时的附件：



97-C213

批准人签名： *王以路*

1. 定型鉴定结果通知书；
2. 定型鉴定大纲；
3. 型式注册 (各)

批准日期

一九九一年

批准部门盖章

