

EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We,
Wir,

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG
Industriestrasse 1, D-63594 Hasselroth, Germany

declare under our sole responsibility that our gas analyzer, type
erklären hiermit, dass unser Gasanalysator, Typ

MLT 1*

to which this declaration relates is in conformity with the provisions of the following European Directives:
mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:

2014/30/EU **EMC Directive / EMV Richtlinie**

with the application of the harmonized standards including the latest amendments:
unter Anwendung folgender harmonisierter Normen und ihrer Ergänzungen:

- EN 61326-1:2013** Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements, for AC power lines. *
*Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen, für Wechselstromversorgung. **
- EN 55011:2011** Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics for class B
Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte – Funkstörungen: Erfüllt Klasse B

2014/35/EU **Low Voltage Directive / Niederspannungsrichtlinie**

with the application of the harmonized standards:
unter Anwendung folgender harmonisierter Normen:

- EN 61010-1:2010** Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 1: General requirements
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

2011/65/EU **Directive RoHS-II / Richtlinie RoHS-II**

*MLT 1 is a ½ 19" enclosure in combination with the power supply UPS 01T. The MLT 1 has the options for a tabletop housing (T), rack installation as module or as analyzer

MLT 1 hat ein ½ 19" Gehäuse und wird gemeinsam mit dem Netzteil UPS 01T betrieben. Es gibt die Option als Tischgerät oder als Rack-Einbau sowie als Modul (ohne Bedienoberfläche) oder als Analysator.

Hasselroth, July 2017



Dr. Ralf Noetzel
Director Operations



Dr. Marc Winter
R&D Manager

This declaration confirms the compliance with announced directives but does not include the assurance of properties.
The safety and installation instructions of the documentation have to be followed.
Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Sicherheitshinweise und Installationsvorschriften der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.