

EC DECLARATION OF CONFORMITY CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We,
Wir,

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG
Industriestrasse 1, D-63594 Hasselroth, Germany

declare under our sole responsibility that our gas analyzer, type
erklären hiermit, dass unser Gasanalysator, Typ


X-STREAM X2GK, X2GP and X2XF,


to which this declaration relates is in conformity with the provisions of the following European Directives:
mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:

2004/108/EC 2014/30/EU	EMC Directive valid until 19.04.2016/ EMV Richtlinie gültig bis 19.04.2016 EMC Directive valid from 20.04.2016/ EMV Richtlinie gültig ab 20.04.2016 with the application of the harmonized standards including the latest amendments: <i>unter Anwendung folgender harmonisierter Normen und ihrer Ergänzungen:</i> EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements, for AC power lines* <i>Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen, für Wechselstromversorgung*</i> EN 55011:2011 Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics for class B <i>Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte – Funkstörungen: Erfüllt Klasse B</i>
2006/95/EC 2014/35/EU	Low Voltage Directive valid until 19.04.2016/ Niederspannungsrichtlinie gültig bis 19.04.2016 Low Voltage Directive valid from 20.04.2016/ Niederspannungsrichtlinie gültig ab 20.04.2016 with the application of the harmonized standards: <i>unter Anwendung folgender harmonisierter Normen:</i> EN 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 1: General requirements <i>Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen</i>

*X2GK was tested together with the power supply UPS 01T. X2GP wurde gemeinsam mit UPS01T geprüft.

Hasselroth, November 2015


.....
Rudi Röss
VP Operations PGA


.....
Dr. Marc Winter
R&D Manager

This declaration confirms the compliance with announced directives but does not include the assurance of properties.
The safety and installation instructions of the documentation have to be followed.
Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusage von Eigenschaften.
Die Sicherheitshinweise und Installationsvorschriften der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

Document: HAS-CE-X2_general purpose

ROSEMOUNT
Analytical


EMERSON
Process Management