



中华人民共和国

计量器具型式批准证书 PATTERN APPROVAL CERTIFICATE

根据中华人民共和国计量法第十三、十六条和中华人民共和国计量法实施细则的有关规定，

余氯计定型鉴定大纲
以及_____ (检定规程、技术标准和鉴定大纲的名称) 的要求，

对 美国 Fisher-Rosemount Inc _____ (制造厂的国别和名称)

申请型式批准的

余氯计
54,81 系列

_____ (计量器具的名称、类别和型号)

经定型审查合格，确认其技术指标为：

- | | |
|----------|------------|
| 1. 型号: | 54, 81 系列 |
| 2. 测量范围: | 0 ~ 20mg/l |
| 3. 准确度: | ±1%FS |

现予批准，并可使用以下标志和批准的编号：

批准时的附件：



97-C214

批准人签名：

1. 定型鉴定结果通知书；
 2. 定型鉴定大纲；
 3. 型式注册证书；
- (各一份)

批准日期

一九九七年

批准部门盖章

