



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE

根据中华人民共和国计量法第十三、十六条和中华人民共和国计量法实施细则的有关规定，
多道分析仪定型鉴定大纲

以及_____（检定规程、技术标准和鉴定大纲的名称）的要求，

美国 Fisher-Rosemount Inc

对_____（制造厂的国别和名称）

申请型式批准的

多道分析仪
NGA-2000 系列

_____（计量器具的名称、类别和型号）

经定型审查合格，确认其技术指标为：

- 1. 型号： NGA-2000 系列
- 2. 准确度： （化学发光法氮氧化物检测） $\pm 1\%FS$
 （火焰离子法碳氢检测） $\pm 1\%FS$
 （非色散红外气体分析） $\pm 1\%FS$

现予批准，并可使用以下标志和批准的编号：



97-C219

批准人签名：

王以路

批准时的附件：

- 1. 定型鉴定结果通知书；
- 2. 定型鉴定大纲；
- 3. 型式注册表。
 （各1份）

批准日期

一九九一年

批准部门盖章

